

# Change-Log - EC-MESSSTAND S3-WV-1

## Aktueller Status

In Evaluation

## Change-Log

Datum	Beschreibung	Status
10.06.2025	Da die Daten immer noch nicht richtig gesendet wurden, wurde die Station nochmal genauer untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass der Endstopschalter des Servomotors für den Salzsäurebehälter nicht mehr auslöste und daher keine Messungen durchgeführt werden konnten. Der Schalter wurde ausgetauscht.	
04.06.2025	Station wurde um ca. 14:15 neugestartet, da fehlerhafte Daten empfangen wurde (wiederholt die selben Daten). Ablauf der Messung soweit korrekt. Ggf. Softwarefehler. Update: Keine EC und Temperaturdaten, ggf. liegt hier ein Hardwaredefekt vor.	In Evaluation
14.05.2025	Neue Steckdose installiert, daher Ausfall um ca. 14 Uhr	In Evaluation
15.04.2025	Verbesserte Version installiert	In Evaluation
16.03.2025	Fehler in der Sensorkommunikation	Defekt
06.02.2025	Manuelle Reinigung des EC-Sensors, Salzsäure wurde ausgetauscht.	In Evaluation
29.11.2024	Neue Version installiert. Reinigt jetzt vor jeder Messung den EC-Sensor in Salzsäure.	In Evaluation

From:

<https://wiki.eolab.de/> - **HSRW EOLab Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:ec-messstand\\_s3-wv-1](https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:ec-messstand_s3-wv-1)

Last update: **2025/06/12 11:56**

