

Change-Log - EC-MESSSTAND S3-WV-1

Aktueller Status: In Entwicklung

Datum	Beschreibung	Status
29.11.2024	Neue Version installiert. Reinigt jetzt vor jeder Messung den EC-Sensor in Salzsäure.	In Evaluation

From:

<https://wiki.eolab.de/> - HSRW EOLab Wiki

Permanent link:

https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:ec-messstand_s3-wv-1&rev=1736775906

Last update: **2025/01/13 14:45**

