

# Change-Log - EC-MESSSTAND S3-WV-1

## Aktueller Status

In Wartung

## Change-Log

Datum	Beschreibung	Status
16.03.2025	Fehler in der Sensorkommunikation	
06.02.2025	Manuelle Reinigung des EC-Sensors, Salzsäure wurde ausgetauscht.	In Evaluation
29.11.2024	Neue Version installiert. Reinigt jetzt vor jeder Messung den EC-Sensor in Salzsäure.	In Evaluation

From:

<https://wiki.eolab.de/> - HSRW EOLab Wiki

Permanent link:

[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:ec-messstand\\_s3-wv-1&rev=1745941230](https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:ec-messstand_s3-wv-1&rev=1745941230)

Last update: 2025/04/29 17:40

