

# Change-Log - EC-MESSSTAND S3-WV-1

## Aktueller Status

In Evaluation

## Change-Log

| Datum      | Beschreibung  | Status        |
|------------|---|---------------|
| 04.06.2025 | Station wurde um ca. 14:15 neugestartet.  | In Evaluation |
| 14.05.2025 | Neue Steckdose installiert, daher Ausfall um ca. 14 Uhr                               | In Evaluation |
| 15.04.2025 | Verbesserte Version installiert   | In Evaluation |
| 16.03.2025 | Fehler in der Sensorkommunikation   | Defekt        |
| 06.02.2025 | Manuelle Reinigung des EC-Sensors, Salzsäure wurde ausgetauscht.                      | In Evaluation |
| 29.11.2024 | Neue Version installiert. Reinigt jetzt vor jeder Messung den EC-Sensor in Salzsäure. | In Evaluation |

From:

<https://wiki.eolab.de/> - HSRW EOLab Wiki

Permanent link:

[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:ec-messstand\\_s3-wv-1&rev=1749040632](https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:ec-messstand_s3-wv-1&rev=1749040632)

Last update: **2025/06/04 14:37**

