

Change-Log - EC-MESSSTAND S3-WV-1

Aktueller Status

In Evaluation

Change-Log

| Datum | Beschreibung | Status |
|------------|--|---------------|
| 04.06.2025 | Station wurde um ca. 14:15 neugestartet, da fehlerhafte Daten empfangen wurde (wiederholt die selben Daten). Ablauf der Messung soweit korrekt. Ggf. Softwarefehler. Update: Keine EC und Temperaturdaten, ggf. liegt hier ein Hardwaredefekt vor. | In Evaluation |
| 14.05.2025 | Neue Steckdose installiert, daher Ausfall um ca. 14 Uhr | In Evaluation |
| 15.04.2025 | Verbesserte Version installiert | In Evaluation |
| 16.03.2025 | Fehler in der Sensorkommunikation | Defekt |
| 06.02.2025 | Manuelle Reinigung des EC-Sensors, Salzsäure wurde ausgetauscht. | In Evaluation |
| 29.11.2024 | Neue Version installiert. Reinigt jetzt vor jeder Messung den EC-Sensor in Salzsäure. | In Evaluation |

From: <https://wiki.eolab.de/> - HSRW EOLab Wiki

Permanent link: https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:ec-messstand_s3-wv-1&rev=1749045103

Last update: 2025/06/04 15:51

