

# Change-Log - SC-S2101 NS400-03

## Aktueller Status

Produktiv

## Change-Log

Datum	Beschreibung	Status
04.06.2025	Kondensation am (und im) Sensor festgestellt. Luftfeuchtigkeitsdaten daher unbrauchbar.	Produktiv
06.02.2025	Sensor im Stollen bei 400m installiert.	Produktiv

From:  
<https://wiki.eolab.de/> - HSRW EOLab Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:sc-s2101\\_ns400-03](https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:sc-s2101_ns400-03)

Last update: **2025/06/04 14:34**

