

Druckmesssonde - RS485 - 5m

Daten-Felder in der Datenbank

Eigene

field	Daten-Typ	Beschreibung	Genauigkeit
level	double	0cm - 500cm	0.25 % F.S. → 12.5 mm

LoRaWAN

field	Daten-Typ	Beschreibung
adr	boolean	Wird ADR genutzt
applicationName	string	Die interne ID der Application in welcher der Sensor angelegt ist
channel	double	Verwendete LoRaWAN Frequenz
confirmed	boolean	Wurde der Empfang der Nachricht durch das Gateway an den Sender bestätigt? Generelles Konzept
data	string	base64 encodierte binäre Daten - rohe Daten des Sensors bevor sie dekodiert wurden
devEui	string	64 bit Kennung des Endgeräts
deviceName	string	In Chirpstack hinterlegter Name
dr	double	Genutze LoRaWAN Datenrate
gatewayId	string	Interne ID des Gateways in Chirpstack
rssi	double	Anzeige der empfangenen Signalstärke (Höher ist besser, in dBm)
snr	double	Signal to Noise Ratio

2024/10/16 09:43 · jan.sonntag

Datenblatt

- Datenblatt SenseCap S2100:
SenseCap S2100
- Datenblatt Pegelsonde:
SeeedStudio Liquid Level Sensor (S-YW-01B)

Kommentar

Der Sensor wird mit 12V versorgt. Da der SenseCap S2100 nur 5V ausgibt ist ein kleiner Step-Up Converter von Pololu zwischengeschaltet, welcher die 5V auf 12V boostet. Aufgrund der kleinen Bauweise kann dieser im Gehäuse des S2100 installiert werden.

From:
<https://wiki.eolab.de/> - **HSRW EOLab Wiki**



Permanent link:
<https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:dms-rs485-5>

Last update: **2025/07/15 17:35**